

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr.PV-2026-P-18628.01

Pasūtītājs/maksātājs:

Dzintars Grīnbergs, adrese: Silpureņu iela 4, Rīga, e-pasts: geoimpulse@gmail.com, tālrunis: 28816218

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 28641758, e-pasts: partika@bior.lv, 26.03.2026 plkst. 13:15 (pavadraksta Nr: PV-2026-P-18628)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-18628/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Nosaukums un apraksts:

Nātrija sārms 50%

Apjoms: 5 l;

Parauga īpašnieks:

OŪ KUDRASALES

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu): informācijas nav

Testēšana uzsākta:26.03.2026.Testēšana pabeigta:31.03.2026.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Nātrijs (Na)	BIOR-T-012-148-2013*	381 ± 38 g/L (NaOH koncentrācija 662 ± 66 g/L jeb 44,8 ± 4,5%)

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Eva Goldmane (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 31.03.2026

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Jānis Liepiņš (Ķīmijas laboratorijas vecākais eksperts (ķīmijā))

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.